

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC202085
GC2020830

Sodu wodorotlenek 40%

Gatunek: czda

Nr serii: 4241

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość	40±1%	40,21%
Gęstość (20°C)	Ok. 1,35 g/cm ³	1,349 g/cm ³
Chlorki (Cl)	Max. 0,005%	< 0,005%
Siarczany (SO ₄)	Max. 0,01%	< 0,01%
Węglan sodu (Na ₂ CO ₃)	Max 0,1%	< 0,1%
Pb (Ołów)	Max 0,001%	< 0,001%
Fe (Żelazo)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna ciecz	

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2028

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu