

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

## Sodu wodorotlenek

GC202021  
GC202025

mikrogranulki

Gatunek: czda

Nr serii: 4241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Mikrogranulki o jednolitej białej barwie	
Zawartość	Min 98,8%	99,6%
Sodu węglan (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	Max 0,7%	< 0,7%
Azot ogólny (N)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Chlorki (Cl)	Max 0,005%	< 0,005%
Fosforany (PO <sub>4</sub> )	Max 0,001%	< 0,001%
Krzemu ditlenek (SiO <sub>2</sub> )	Max 0,005%	< 0,005%
Siarczany (SO <sub>4</sub> )	Max 0,003%	< 0,003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max 0,001%	< 0,001%
Bar (Ba)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Cynk (Zn)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Glin (Al)	Max 0,001%	< 0,001%
Kadm (Cd)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Kobalt (Co)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Magnez (Mg)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Mangan (Mn)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Miedź (Cu)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Nikiel (Ni)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Ołów (Pb)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Srebro (Ag)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Stront (Sr)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Wapń (Ca)	Max 0,001%	< 0,001%
Żelazo (Fe)	Max 0,0005%	< 0,0005%
Arsen (As)	Max 0,0003%	< 0,0003%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym..

---

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 04/2028**

### **ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

**Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**