

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC504015

Piasek morski oczyszczony kwasem solnym i  
wyprażony 0,1 mm – 0,5 mm

Gatunek:

Nr serii: 7241

Parametr	Wynik
Zawartość SiO <sub>2</sub>	99,55%
Zawartość Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,010%
Zawartość Fe wyliczona z Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> z lp 2	≤0,01%
Strata masy podczas prażenia w temp 900°C	≤0,01%

Podane wyniki są przeniesione z certyfikatu jakości producenta lp 1,2 wartość lp 4 na podstawie wyniku badania w laboratorium badawczym wykonanym na zlecenie firmy GLOB CENTER

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 07/2028**

**ODCZYNNIK LABORATORYJNY**

**Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**