

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC0200261
GC020026100

o-krezoloftaleina 2% w etanolu 70%

Gatunek:

Nr serii: 8241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Płyn barwy słomkowej	Zgodny
n-współczynnik załamania światła H ₂ O=1,3330	1,3700-1,3720	1,3708
pH-kwasowość	8,2-9,8 bezbardwy-czerwony	8,2-9,8 bezbardwy-czerwony
Wykres UV-VIS (lit) C=8,0mg/l w 0,1N NaOH ax564-567 nm	Absorbancja 0,55-0,65	Absorbancja= 0,6

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 08/2028

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu