

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH4

Roztwór buforowy pH 4,01

Gatunek:

Nr serii: **01/2024**

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|-------------------|-------------|-------|
| Wartość pH (20°C) | 4,01 ± 0,05 | 4,00 |

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: **ODPOWIADA WYMAGANIOM**

Okres ważności: **01/2025**

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu