

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH4

Roztwór buforowy pH 4,01

Gatunek:

Nr serii: 7241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wartość pH (20°C)	4,01 ± 0,05	4,007

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu