

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH4

Roztwór buforowy pH 4

Gatunek:

Nr serii: 12/2023

Parametr	Wymagania	Wynik
Wartość pH (20°C)	4,00 ± 0,05	4,01

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 12/2024

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu