

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH7

Roztwór buforowy pH 7

Gatunek:

Nr serii: **01/2024**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wartość pH (20°C)	7,00 ± 0,05	6,97

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: **ODPOWIADA WYMAGANIOM**

Okres ważności: **01/2025**

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu