

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH7

Roztwór buforowy pH 7

Gatunek:

Nr serii: 7241

Parametr	Wymagania	Wynik
Wartość pH (20°C)	7,00 ± 0,05	6,98

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 07/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu