

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GCpH9

Roztwór buforowy pH 7

Gatunek:

Nr serii: **04/2023**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wartość pH (20°C)	9,00 ± 0,05	8,99

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: **ODPOWIADA WYMAGANIOM**

Okres ważności: **04/2024**

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu