

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC202071
GC202075
GC2020710
GC2020720

Aceton

Gatunek: **czda**

Nr serii: **04/2023**

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna ciecz	Zgodny
Zawartość C ₃ H ₆ O	Min. 99,5%	99,6
Gęstość (20°C)	0,785 – 0,790 g/cm ³	0,790
Alkohole (CH ₃ OH i C ₂ H ₅ OH)	Max. 0,05%	Zgodny
Nielotna pozostałość	Max. 0,001%	Zgodny
Kwasowość (j. CH ₃ COOH)	Max. 0,003%	Zgodny
Zasadowość (j. NH ₃)	Max. 0,001%	Zgodny
Substancje redukujące KMnO ₄ (j. O)	Max. 0,0002%	Zgodny
Aldehydy (j. HCHO)	Max. 0,006%	Zgodny
Woda (KF)	Max. 0, 5%	Zgodny
Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie	Wg przepisu	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu