

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC206091

Eter naftowy 40-60°C

Gatunek: **czda**Nr serii: **04/2023**

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|---|-----------------|------------|
| Wygląd zewnętrzny | Jasny, klarowny | Zgodny |
| Gęstość (20°C) | 0,640-0,665g/ml | 0,644 g/ml |
| Destylacja nie niżej | 40°C | Odpowiada |
| Destylacja nie wyżej | 60°C | Odpowiada |
| Odczyn wyciągu wodnego | Obojętny | Obojętny |
| Pozostałość po odparowaniu | Max. 0,001% | <0,001% |
| Węglowodory aromatyczne (j. C ₆ H ₆) | Max. 0,001% | <0,001% |
| Badanie na obecność siarki aktywnej | Wytrzymuje | Zgodny |
| Próba na obecność substancji nielotnych | Wytrzymuje | Zgodny |

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 04/2027****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**