

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC208041

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,125 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 02/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,125 mol/l $\pm$ 0,5%	0,12462 mol/l ( $\pm$ 0,00038 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 02/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu