

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC303075

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,125 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 51/23/K3

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,125 mol/l \pm 0,5%	0,1245 mol/l (\pm 0,0004 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 05/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu