

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC309055

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,13 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 04/23/K12

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,13 mol/l \pm 0,5%	0,1306 mol/l (\pm 0,00039 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu