

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502021
GC502025

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,26 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 5/23/1

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,26 mol/l ± 0,5%	0,2592 mol/l (± 0,0008 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 05/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu