

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502021  
GC502025

Kwas siarkowy r-r mianowany 0,26 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 5/23/2

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,26 mol/l $\pm$ 0,5%	0,2606 mol/l ( $\pm$ 0,0008 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 05/2025**

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu