

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC305005

Kwas siarkowy 25%

Gatunek: czda

Nr serii: 03/2023

Parametr	Wymagania	Wynik
Zawartość	Min. 24 max. 26%	25%
Pozostałość po prażeniu	Max. 0,001%	< 0,001%
Substancje redukujące KMnO ₄ (j. SO ₂)	Max. 0,0003%	<0,0003%
Azotany (NO ₃)	Max. 0,0002%	< 0.0002%
Chlorki (Cl)	Max. 0.0001%	< 0.0001%
Sole amonowe (NH ₄)	Max. 0.0003%	< 0.0003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0.0002%	< 0.0002%
Arsen (As)	Max. 0,000005%	<0,000005%
Selen (Se)	Max. 0,0003%	<0,0003%
Żelazo (Fe)	Max. 0.0001%	< 0.0001%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 03/2027****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**