

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC3020710
GC3020720

Kwas siarkowy 50%

Gatunek: czda

Nr serii: 6/23

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Bezbarwna, klarowna ciecz	zgodny
Zawartość	50,0%±1	50,2%
Gęstość	Ok. 1,395 g/cm ³	Ok. 1,395 g/cm ³
Pozostałość po prażeniu	Max. 0,001%	< 0,001%
Azotany (NO ₃)	Max. 0,0008%	< 0.0008%
Chlorki (Cl)	Max. 0.00001%	< 0.00001%
Sole amonowe (NH ₄)	Max. 0.0003%	< 0.0003%
Metale ciężkie (j. Pb)	Max. 0.0002%	< 0.0002%
Żelazo (Fe)	Max. 0.0001%	< 0.0001%

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 06/2027

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu