

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC50102100

Kwas solny r-r mianowany 0,02 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 6/23

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,02 mol/l ± 0,5%	0,02006 mol/l (± 0,00006 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 06/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu