

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204015

Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 04/23/K4

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1 mol/l \pm 0,5%	0,09999 mol/l (\pm 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu