

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC204015  
GC204011

Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l

Gatunek:

Nr serii: K9/23/6

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,1 mol/l $\pm$ 0,5%	0,1002 mol/l ( $\pm$ 0,0003 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

**Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**

**Okres ważności: 06/2025**

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu