

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC407071

Kwas solny 18%

Gatunek: czda

Nr serii: 05/2023

| Parametr | Wymagania | Wynik |
|---|---|-------------|
| Wygląd zewnętrzny | Klarowna ciecz o barwie od bezbarwnej do żółtej | odpowiada |
| Zawartość | 18% | 18,1% |
| Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄) | Max. 0,001% | < 0,001% |
| Siarczany (SO ₄) | Max. 0,0002% | < 0,0002% |
| Siarczyny (SO ₃) | Max. 0,0005% | < 0,0005% |
| Wolny chlor (Cl ₂) | Max. 0,0002% | < 0,0002% |
| Metale ciężkie (j. Pb) | Max. 0,0001% | < 0,0001% |
| Arsen (As) | Max. 0,000005% | < 0,000005% |
| Cynk (Zn) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Glin (Al) | Max. 0,0001% | < 0,0001% |
| Magnez (Mg) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Mangan (Mn) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Miedź (Cu) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Nikiel (Ni) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Ołów (Pb) | Max. 0,00005% | < 0,00005% |
| Żelazo (Fe) | Max. 0,0001% | < 0,0001% |

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wyrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 05/2027****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**