

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC502035

Potasu wodorotlenek r-r mianowany 0,23 mol/l

Gatunek:

Nr serii: K4/23/6

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,23 mol/l \pm 0,5%	0,2304 mol/l (\pm 0,00069 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 06/2025

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu