

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC207045

Kwas mlekowy 80%

Gatunek: cz

Nr serii: 04/2023

Parametr	Wymagania	Wynik
Wygląd zewnętrzny	Syropowata, bezbarwna lub jasnożółta, żółta ciecz	Zgodny
Zawartość	Min 80%	Zgodny
Cukry redukujące	Wg przepisu	Zgodny
Pozostałość po prażeniu (j. SO ₄)	Max 0,04%	Zgodny
Substancje łatwo zwęglające się	Wg przepisu	Zgodny
Chlorki (Cl)	Max 0,001%	Zgodny
Siarczany (SO ₄)	Max 0,01%	Zgodny
Metale ciężkie (j.Pb)	Max 0,001%	Zgodny
Arsen (As)	Max 0,00005%	Zgodny
Żelazo (Fe)	Max 0,001%	Zgodny

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów oraz na podstawie wrywkowych badań przeprowadzanych w laboratorium zakładowym i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM**Okres ważności: 04/2027****ODCZYNNIK LABORATORYJNY****Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu**