

ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC503071 Sodu tiosiarczan roztwór mianowany 0,005 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 03/2023

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,005mol/l ± 0,5%	0,004997 mol/l

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 03/2024

ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu