

# ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI

GC208051  
GC208055

Sodu wodorotlenek r-r mianowany 0,25 mol/l

Gatunek:

Nr serii: 04/23/K010

Parametr	Wymagania	Wynik
Miano roztworu (20°C)	0,25 mol/l $\pm$ 0,5%	0,2495 mol/l ( $\pm$ 0,00075 mol/L)

Dla wartości nominalnych roztworu mianowanego wyznaczona jest niepewność rozszerzona dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  przy poziomie ufności 95%.

Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM

Okres ważności: 04/2025

## ODCZYNNIK LABORATORYJNY

Świadectwo zostało utworzone elektronicznie i jest ważne bez podpisu